



Wrocław, dnia 21 czerwca 2010 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę sprzętu laboratoryjnego”.

Zamawiający - Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18, 54-424 Wrocław; zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami bez ujawniania źródła zapytania.

Pakiety: 2,4,5,7,8,9,10 oraz 11

Pytanie nr 1:

Dotyczy: prośba o wyjaśnienie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1B) na: „za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego ryczałtowego brutto określonego w §4 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki ” ? Wysokie kary umowne w przypadku ewentualnego opóźnienia, zaburzają rachunek ekonomiczny tego kontraktu, a tym samym ograniczają ilość Wykonawców chętnych do udziału w/w postępowaniu przetargowym. W tej sytuacji prosimy o zmianę w/w zapisu umowy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisie umowy.

Pytanie nr 2:

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu umowy (§6 punkt 1C) na: „ za zwłokę w usuwaniu wad stwierdzonych w czasie odbioru końcowego lub ujawnionych w okresie gwarancji w wysokości – 0,1 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w §4 ust.2 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki, za dane zlecenie, liczone od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad



W R O C Ł A W S K I
P A R K
T E C H N O L O G I C Z N Y

Odpowiedź nr 2:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w zapisie umowy.

Pakiet: 5

Pytanie nr 1:

Czy dopuszcza się inne wymiary: wewnętrzne (1220×680×650) i zewnętrzne (1285×790×1310)?

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający nie dopuszcza innych wymiarów komory laminarnej.

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian, a wprowadzone niniejszym pismem zmiany należy traktować jako jedyne obowiązujące.